別紙様式５－１　　一般競争入札公告（物品売買）

一般競争入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２７年９月１０日（木）

大 阪 赤 十 字 病 院

院長　　隠 岐　尚 吾

１．競争入札に付する事項

（１）件　　名　重心動揺計

（２）調達内容及び数量　1式

（３）納品及び設置場所　大阪赤十字病院　生理検査室

（４）納　品　期　限　平成２８年３月３１日

※詳細は入札説明書のとおり

２．競争入札参加資格

（１）競争入札に参加することができない者

ア　当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

イ　次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者

（ア）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

（イ）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

（エ）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者

（オ）正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者

（カ）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者

（キ）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者

（２）大阪赤十字病院の競争入札参加資格者の資格等級において、「物品の販売」の「医療用機器」でＤ等級以上の認定を受けていること。

（3）公告の日から開札の時までの期間に、「日本赤十字社指名停止等の措置基準」に基づき、日本赤十字社から、又は大阪府内で行われた不正行為等に基づき、日本赤十字社大阪府支部、大阪赤十字病院、大阪府若しくは国からの指名停止等の措置を受けていないこと。なお、日本赤十字社大阪府支部、大阪赤十字病院、大阪府及び国において同一の不正行為等によって指名停止期間が異なる場合は、そのうち早期に指名停止が終了する期間を対象とした上で、上記申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に指名停止の措置を受けていないこと。

（4）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるものとして、物品の販売等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3．入札手続等

（1）担当部局

所在地：〒５４３－８５５５

施設名：大阪赤十字病院

担当者：経理部管財課

ＴＥＬ：０６－６７７４－５１１１

（2）入札説明書の配付期間及び場所

期　　間：平成２７年９月１０日（木）～９月１６日（水）

土曜、日曜及び祝日を除く　９時００分～１７時００分

場　　所：上記３（1）に同じ。

（3）本入札に係る競争入札参加資格の認定通知の写しの提出期間及び場所等

期　　間：平成２７年９月１０日（木）～９月１６日（水）

土曜、日曜及び祝日を除く　９時００分～１７時００分

場　　所：上記３（1）に同じ。

提出方法：持参により提出すること。

（4）入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法

日　　時：平成２７年９月２９日（火）午前１０時００分から

場　　所：〒５４３－８５５５

大阪赤十字病院　東館　地下１階会議室

提出方法：入札書は上記日時、場所にて持参により提出すること。郵送又はＦＡＸによる入札は認めない。

4．その他

（1）入札保証金及び契約履行保証

ア　入札保証金　　免除とする。

イ　契約履行保証　　免除とする。

（２）入札の無効

本公告に示した競争入札参加資格のない者の入札、一般競争入札参加資格審査申請書に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（３）落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

（４）手続における交渉の有無　　無。

（５）契約書作成の要否　　要。

（６）関連情報を入手するための照会窓口

上記３(１)に同じ。

（７）競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２（２）に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者は上記３（３）の期間に一般競争入札参加資格審査申請書を提出することができる。

（８）本件競争入札に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を取り消すことがある。

（９）詳細は入札説明書による。

仕様書

重心動揺計　１式

大阪赤十字病院

1. 調達物件

重心動揺計

2. 調達物品及び調達数量

重心動揺計　　一式

（構成）

1　本体・検出部　　1台

2　計測・解析部　　1台

3　プリンター　　1台

4　ラバー　　1枚

3. 調達物品に備えるべき技術的要件

本件調達物品にかかる性能、機能及び技術等の要求要件は次の示すとおりであり、本仕様書に定める各内容を満足させなければならない。

（性能に関する要件）

1　本体・検出部

1-1　センサ方式	ワイヤストレインゲージ方式であること。（静的計測を行うため）
1-2　荷重範囲	10～150 kg　であること。
1-3　重心位置精度	±1 ㎜以内であること。（重心動揺の最小限精度維持のため）
1-4　周波数特性	４0Hz 以上であること。（重心動揺の動揺周波数維持のため）
1-5　ドリフト	3 ㎜以下（60 分間における）であること。（安定性を保証するため）
1-6　出力直線性	±1%Fs 以内であること。（精度維持のため）
1-7　寸法形状	下記寸法であること。 563(W)×500(D)×39(H)㎜ 以上 （計測面積を確保し精度性能を確保出来る構造であるため）
1-8　重量	9.8(kg)
1-9　電源	AC100V-240V　0.4-0.6A　50-60Hz　DC5V 4A
1-10　JIS 規格	JIS 規格に準拠していること。（診療報酬が算定できるため）
1-11　消費電力	0.7A
1-12 解析装置との接続	ケーブルにて着脱可能なこと。（信号情報伝達のため）

2　計測・解析部

2-1　寸法形状	218(W)×163(D)×25.4(H)㎜
2-2　重量	0.99kg
2-3　電源	AC100V-240V　50-60Hz　11.1V　2600mAh
2-4　消費電力	60W max.

※計測・解析部内蔵 解析ソフトウェア　以下の解析ソフトウェア一式を有すること。

※面積・軌跡長検査ができること。（重心動揺検査の基本検査を行うため）

1) 重心動揺軌跡
2) 総軌跡長（重心動揺距離）
3) 単位軌跡長
4) 単位面積軌跡長
5) 外周面積
6) 矩形面積
7) 実効値面積
8) 動揺平均中心変位
9) 動揺中心変位
10)ロンベルグ率（外周面積の閉眼値／開眼値）
※パワーベクトル分析が出来ること。（重心動揺検査の精密検査を行うため）
11)パワースペクトル（重心動揺の動き方・速度を検査するため）
12)位置ベクトル（重心動揺の方向性を検査するため）
13)速度ベクトル（重心動揺の動きの速さを検査するため
14)振幅確率密度分布（重心動揺の動きの密度を検査するため）
※ ラバー負荷検査が出来ること。（重心動揺検査の精密検査を行うため）
15)ラバーロンベルグ率
16)閉眼ラバー比
17)(末梢)前庭障害の可能性判定

※学会で認められた日本人の重心動揺に関するﾃﾞｰﾀがあること。
（検査をする場合、学会で認められた正常値ﾃﾞｰﾀで患者さんの検査および評価をするため）

〈 その他の解析 〉
1)グラビチャート（健常者との比較評価グラフ）
2)ニューラルネット解析
3)自動判定機能（健常・異常、迷路障害・脳障害）

3 プリンター A4インクジェットカラープリンター
4 ラバー 負荷検査用ラバーを具備していること。

（性能、機能以外の要件）
5 その他
5-1 取扱説明書は日本語版を提供すること。
5-2 機器の接続に関しての取扱説明を行うこと。
5-3 調達物品には、基本的機能を損なわない様必要な物品を備えること。

以上